

江西省医疗器械抽检不符合标准规定产品名单

序号	产品名称	被抽样单位	标示生产企业	型号规格	生产日期/批号/出厂编号	检验单位	检验结果	不合格项目	备注
1	一次性使用医用口罩	江西永珍堂医药发展有限公司	南昌市东海医疗器材有限公司	A型耳挂式 中号	20220413/ 20220413/	江西省医疗器械检测中心	不合格	口罩带, 通气阻力	
2	医用外科口罩	玉山县酷斯特医疗科技有限公司	玉山县酷斯特医疗科技有限公司	耳挂式	2022-06- 29/20220629/	江西省医疗器械检测中心	不合格	结构与尺寸, 鼻夹	
3	红外线额温枪	九江市康亦顺大药房有限公司	郑州迈斯通医疗科技有限公司	NDT1	20220318/20220 303/	江西省医疗器械检测中心	不合格	允许误差	
4	医用红外额温计	江西正良医疗器械有限公司	广东五连发实业有限公司	IT-122	2021.01.20/202 10120B3143/	江西省医疗器械检测中心	不合格	温度显示范围	
5	医用冷敷贴	江西浩心大药房连锁有限公司东方星城店	河南康迪药械有限公司	7cm×10cm×6 贴	20220209/20220 201/	江西省医疗器械检测中心	不合格	检出双氯芬酸钠	企业否认生产
6	红外线体温计	新余市缘来大药房(普通合伙)	饶平县美鱼儿电子厂	YNA-800	2021-12- 06/20211203/	江西省医疗器械检测中心	不合格	记忆功能, 设备或设备部件的外部标记	
7	医用冷敷贴	樟树市健源保健品经营部	安徽润莱生物科技有限公司	9cm*12cm*6贴 /盒 腰腿型	20210502/20210 501/	江西省医疗器械检测中心	不合格	检出水杨酸甲酯	
8	穴位贴敷治疗贴	资溪县人民医院	山东朱氏药业集团有限公司	95mm*130mm	2021/09/07/210 82905/	江西省医疗器械检测中心	不合格	检出水杨酸甲酯	
9	一次性医用棉垫	萍乡市人民医院	新乡市宏达卫材有限公司	10cm×15cm	2022年3月20日 /22032031402/	江西省医疗器械检测中心	不合格	荧光物	
10	医用防护口罩	婺源县新型冠状病毒肺炎疫情防	河南三耀医疗器械有限公司	无菌折叠挂耳式	2022年3月12日 /22031203/	江西省医疗器械检测中心	不合格	密合性	
11	一次性使用医用口罩	南昌市恩惠医用卫生材料有限公司	南昌市恩惠医用卫生材料有限公司	A型(灭菌) 10cm 50支/袋	20220302/ 20220302/	江西省医疗器械检测中心	不合格	A型环氧乙烷残留量	